

Số: 1061/BVUB-HĐMS
V/v yêu cầu báo giá

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh Viện Ung Bướu Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Thị Thuý
 - Số điện thoại liên hệ: 0376.000.093
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Đông vệ, TP. Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 09/9/2024 đến trước 15h00 ngày 19/9/2024
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: (Phụ lục: 01 kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.

Rất mong sự hồi đáp của các Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo YCBG số: 1061/BVUB-HĐMS ngày 09/9/2024 của BVUB tỉnh Thanh Hóa)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Hoá chất H ₂ O ₂ cho máy tiệt trùng Plasma	Chứa hydrogen 50%, dạng lỏng, tương thích với: Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma dung tích ≥ 110 lít, Model: PlazMax P110-1R hoặc tương đương	ml	1.900
2	Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma	Dùng cho quy trình tiệt trùng Plasma Màu ban đầu Tím, Vạch chỉ thị màu chuyển sang màu xanh lá sau khi tiếp xúc với hơi hydrogen peroxide Điều kiện tiệt trùng 6 phút, 50 °C, 2.3 mg/l H ₂ O ₂ Test dạng que hình chữ nhật Kích thước 105 mm x 18 mm \pm 1mm Phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma dung tích ≥ 110 lít, Model: PlazMax P110-1R hoặc tương đương	Cái	250
3	Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt trùng nhiệt độ cao, hấp hơi nước chân không	Chỉ thị hóa học Kích thước: 5,1cm x 1,9cm. Chuyên dùng cho việc test chỉ thị hóa học hấp ướt. Phù hợp cho máy tiệt trùng 2 cửa ≥ 570 lít, Model: 6671130-2V hoặc tương đương	Cái	500