

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: **735** /BVUB-HĐMS

V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày **22** tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá cho gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị y tế tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Ngọc Hải Đăng
 - Số điện thoại liên hệ: 0988.588.968
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá để tham khảo giá cho gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị y tế tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 22/4/2026 đến trước 16h00 ngày 06/5/2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá: (Phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Lưu ý: Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng



PHỤ LỤC

Danh mục thiết bị, vật tư y tế

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	<p>Xe cáng đẩy bệnh nhân</p> <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100%- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vật liệu: Inox 201- Kích thước(DxRx C): 1900x600x720mm ± 5%.- Xe gồm 2 phần: phần xe đẩy và mặt cáng tay.- Khung trụ Ø31.8mm, các liên kết phần khung bằng ống và hộp định hình inox.- Phần đầu nâng: nâng hạ từ 0 đến 45 độ bằng thanh chống inox.- Thành chắn 2 bên bằng ống inox phi 19mm, có thể gấp gọn được.- Bên dưới có 1 rọ inox đựng dụng cụ.- Khung bao mặt bằng hộp 254x25mm, mặt bằng nan hộp 10x40mm, đáy có các thanh hộp inox tăng cứng.- Bộ 4 bánh cao su càng thép chịu lực, 2 bánh có khóa hãm.- Phụ kiện đi kèm gồm<ul style="list-style-type: none">+ 01 cọc treo truyền dịch+ 01 đệm mút PE bọc giả da dày 50mm+ Tải trọng xe khoảng 150kg	Cái	11	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
2	<p>Xe lăn tay</p> <ul style="list-style-type: none">+ Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100%+ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương+ Vật liệu: Inox 304 hoặc tương đương và vải giả da+ Chiều rộng của xe: 65 cm+ Chiều rộng của xe khi gấp: 24 cm+ Đường kính vành xe: 60 cm	Cái	12	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

	<ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài xe: 106 cm + Tải trọng của xe: 100 kg + Lớp trước bằng cao su đặc + Đỡ chân bằng nhôm đúc + Phần ngồi và tựa lưng bằng vải giả da + Bánh xe trước đường kính 200mm + Xe có thể gấp gọn 			
3	<p>Xe đẩy tiêm 3 tầng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Thông số kỹ thuật: + Chất liệu: Inox 201 + Loại 03 tầng có 01 ngăn kéo + Kích thước (DxRxC): 760 x 460 x 1050 mm ± 5%. + Khung xe bằng ống inox 22 x 1,0 mm. + Lan can bao 03 mặt bằng ống inox 13 x 0,7 mm. + Tấm sàn xe bằng tấm inox dày 0,7 mm. + Xe có 01 ngăn kéo cao 150 mm có khoang chia ô. + Xe có 04 bánh xe, 02 bánh có khóa hãm. + Xe có 01 xô inox. 	Cái	5	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
4	<p>Bàn típ dụng cụ- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100%- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương- Vật liệu chế tạo: Inox 201- Kích thước(DxRxC): 1000x700x800mm (±5%) - Khung chân bằng hộp 40x40mm- 4 trụ đứng bằng ống phi 31.8 và 25.4mm- Khung bao mặt bàn bằng hộp 10x40mm- Mặt bàn bằng tấm inox dạng khay sâu 30mm, tháo rời với khung mặt - Chiều cao có thể điều chỉnh từ 800 đến 1000mm bằng các núm nhựa đúc liền.- Chân bàn có 4 bánh xe cao su cang thép có khóa hãm.</p>	Cái	3	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
5	<p>Hộp hấp inox 240cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm các phần: Thân hộp, nắp đậy và đai chắn hơi, khóa lật - Kích thước: Ø24 cm cao 16 cm (±1) cm - Chất liệu: Inox 	Cái	2	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

6	<p>Hộp hấp inox 360cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm các phần: Thân hộp, nắp đậy và đai chần hơi, khóa lật - Kích thước: Ø36 cm cao 18,5 cm (± 1) cm - Chất liệu: Inox 	Cái	2	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
7	<p>Tủ đựng thuốc</p> <ul style="list-style-type: none"> + Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100% + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Thông số kỹ thuật: + Vật liệu: Inox 201 hoặc tương đương + Kích thước (DxRxC): 800 x 400 x 1600 mm $\pm 5\%$. + Tủ có hai tầng : - Tầng trên cao 900 mm, mặt trước hai cánh kính có khung inox 20 x 20 x 0.6 mm, ba mặt còn lại bọc inox. Bên trong có ô hai ô bằng độ A, B sâu khoảng 300 mm, cao khoảng 300 mm, bên trong mỗi ô có sàn nghiêng chia ô để đựng thuốc. Phía dưới hộp độ có sàn kính hoặc inox đựng thuốc. - Tầng dưới cao 600 mm mặt trước hai cánh bọc inox có khung inox 20 x 20 x 0.6, ba mặt còn lại bọc inox. Bên trong chia đều thành 2 khoang. - Cánh tủ trên và dưới có tay nắm inox và khóa móc. - Xung quanh tủ được bọc bằng inox 0.4 – 0.5 mm. - Phần chân tủ cao 100 mm có đóng nút cao su. 	Cái	1	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
8	<p>Khay quả đậu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 20x10cm - Chất liệu: Inox 	Cái	4	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
9	<p>Khay chữ nhật (kích thước 22x32cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 22x32x2,5cm - Chất liệu: Inox 	Cái	2	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

10	<p>Bộ đặt nội khí quản</p> <ul style="list-style-type: none"> + Năm sản xuất: 2025 trở về sau, Mới 100% + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Chất liệu: Thép không gỉ. - Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Lưới 1- 90mm: 01 cái + Lưới 2 -11mm: 01 cái + Lưới 3 -13mm: 01 cái + Cán đèn: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái - Có thể hấp sấy ở nhiệt độ lên đến 121°C: 10-15 phút. - Bóng đèn được lắp vào lưới đèn 	Bộ	1	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
11	<p>Bàn đạp chụp ảnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng cho hệ thống nội soi. - Chức năng: điều khiển chụp ảnh (có thể tích hợp quay video) bằng bàn đạp chân. - Kết nối: USB, tương thích với máy tính/phần mềm nội soi. - Dây kết nối: $\geq 10\text{m}$. - Phụ kiện: đầy đủ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 	Cái	3	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
12	<p>Đồng hồ oxy kèm bình làm ấm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng cho bình oxy chuyên dụng - Áp lực đầu vào: 15 Mpa. - Áp lực đầu ra: 0.2 - 0.3 Mpa. - Van an toàn: 0.35 ± 0.05 Mpa. - Lưu lượng: 1 - 1.5 lít/ phút. - Áp suất: 0.142 Mpa. 	Bộ	10	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
13	<p>Dây nối tẩm điện cực trung tính</p> <p>Dây nối tẩm điện cực trung tính sử dụng nhiều lần, dây dài 4,6m, có cổng kết nối tính năng sử dụng tính năng REM</p>	Cái	5	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

I VIỆ
BƯỞ
ANH H

ANH H

14	Phin lọc nước vô khuẩn đầu vòi - Phin lọc cung cấp nước vô khuẩn tại đầu vòi. - Hai màng lọc không đối xứng , PES 0,2 micron và PES 0,1 micron. - Diện tích màng lọc $\geq 545 \text{ cm}^2$. - Tốc độ lọc 6 lít/phút ở áp lực 3 bar. - Không chứa ion bạc.	Cái	20	Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
----	--	-----	----	---------------------------------------

