

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 1647/BVUB-HĐMS

V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Tiến
 - Số điện thoại liên hệ: 0974.366.960
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 23/07/2026 đến trước 16h00 ngày 02/08/2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá: (Phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến giao hàng hoá: Năm 2026
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Lưu ý: Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

P. CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN SƠN

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Máy xông khí dung	4	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Cấu hình và phụ kiện: - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ Thông số kỹ thuật: - Loại: Máy xông khí nén - Sử dụng : AC 220v-240V; 50Hz - Điện năng tiêu thụ : 220VA - Kích thước hạt : MMA khoảng 3µm MMA = Đường kính trung bình khối lượng khí động lực học - Dung tích cốc thuốc : Tối đa 7ml - Số lượng thuốc khả dĩ : Tối thiểu 2ml - tối đa 7ml - Lượng phun trung bình : Khoảng 0.4 ml/phút (tính bằng khối lượng giảm đi) - Luồng khí/áp suất đầu ra : 7L/phút @100kPa - Đầu ra bình xịt : 0.57ml (2ml, 1%NaF) - Đầu vào bình xịt : 0.8ml (2ml, 1%NaF) - Nhiệt độ vận hành / độ ẩm : +10°C tới + 40°C/ 30% tới 85% RH - Nhiệt độ lưu trữ và vận chuyển/ độ ẩm : -20°C tới + 60°C/ 10% tới 95% RH - Áp suất không khí : 700-1060 hPa - Khối lượng: khoảng 2.2kg (chỉ gồm máy nén khí) Kích thước : Khoảng 175(W) x 110(H) x215(D) mmm (chỉ gồm máy nén khí)	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
2	Ổng nghe bác sỹ	12	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau.- Mặt nghe hình tròn: 01 bộ+ Gồm chuông nghe và màng nghe thiết kế hai mặt• Quy cách đóng gói: Hộp giấy kích thước 300 x 200 x 150mm. • Trọng lượng: 182 gr. • Chiều dài dây nghe: 52cm – 60cm. • Màu sắc: xám. • Thiết kế mặt nghe: 2 mặt nghe. • Ống tai nghe 1 dây: Lồng ống đơn, càng tai nghe có góc mở rộng.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		



3	Tủ đựng thuốc (Biệt dược)	5	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương. Vật liệu: inox sus 201 Kích thước: D1200x R500 x C1800mm - Khung chính của tủ bằng hộp inox 25x25mm - Tủ gồm 2 khoang 5 tầng: + khoang trên có 1 khoang tủ treo 2 cánh có khoá riêng biệt, bên trong có sàn nghiêng chia ô. + Bên dưới có 1 sàn nghiêng lớn chia ô và 1 sàn phẳng. 2 cánh bằng kính trắng, 2 hộc bịt kín bằng inox. + Khoang dưới có 2 sàn phẳng bằng tấm inox + Các khoang tủ có khoá và chốt chặn inox. + Chân tủ có gấn để cao su chống rung.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
4	Xe lăn tay	9	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Chất liệu: - - Khung thép mạ Crom- Chỗ ngồi bằng Simili - Trọng lượng - 18.0kg - Tải trọng - 100kg - Chức năng: 1- Di chuyển 2- Có thể gấp gọn khi không dùng 3- Có gác chân 4- Simili sạch dễ lau chùi.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
5	Xe tiêm 2 tầng	3	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Vật liệu inox 201 Kích thước(DxRxC): 750x450x900mm - Khung xe bằng hộp 25x25mm - Các tầng sàn đều có lan can bằng ống inox - Sàn xe bằng tấm inox dạng khay sâu 20mm - Xe có 2 ngăn kéo trượt trên ray bi trơn nhẹ có tay nắm bằng inox. - Xe có xô nhựa đựng chất thải - Bánh xe cao su cangk thép, 2 bánh có khoá hãm. - Toàn bộ xe được hàn liền, kết cấu chắc chắn.. - Các mối hàn được mài nhẵn và đánh bóng đạt	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		

				tiêu chuẩn. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương.			
6	Xe tiêm 3 tầng	10	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Vật liệu inox 201 Kích thước(DxRxC): 750x450x1050mm- Khung chính của xe bằng hộp 25x25mm- Mặt sàn xe bằng tấm inox dạng khay sâu 20mm. có lan can bao quanh bằng ống inox- Các ngăn kéo trượt trên ray bi, tay nắm bằng inox- Xe có 2 xô nhựa đựng chất thải. - Bánh xe cao su càn thép, 2 bánh có khóa hãm.- Toàn bộ xe được hàn liền, kết cấu chắc chắn. Các mối hàn được mài nhẵn và đánh bóng đạt tiêu chuẩn.Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
7	Bộ đèn đặt nội khí quản	6	bộ	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Cấu hình gồm: 5 lưỡi - 01 Lưỡi thẳng số 0: 80mm ±5% - 01 Lưỡi cong số 1: 95mm ±5% - 01 Lưỡi cong số 2: 115mm ±5% - 01 Lưỡi cong số 3: 135mm ±5% - 01 Lưỡi cong số 4: 150mm ±5% + Cán đèn cỡ trung : 01 cái + Hộp đựng : 01 cái -Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương. -Bóng đèn được lắp vào lưỡi đèn	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
8	Hộp đựng dụng cụ inox 22x10x5cm	8	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau.Kích thước : Chiều dài 20cm, rộng 10cm,cao 5cm (±5%),Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
9	Hộp hấp bông	2	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Bệnh viện Ung		

	inox phi 200mm			Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đường kính 22,5cm, cao 13,5cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	bướu tỉnh Thanh Hóa		
10	Hộp hấp bông inox phi 240mm	2	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đường kính 24cm, cao 17cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
11	Nhiệt kế bệnh nhân sika	22	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Cấu hình:- Dải đo: 32°C – 42.9°C- Bước nhảy: 0.1°C- Đơn vị đo: °C/ °F (tùy chọn)- Bộ nhớ: Lưu kết quả đo lần cuối cùng- Độ chính xác: 0.1°C khi nhiệt độ đo nằm trong khoảng 35.5°C – 42.0°C. 0.2°C khi nhiệt độ đo dưới 35.5°C hoặc cao hơn 42.0°C.- Màn hình: LCD, 15.5 x 7 mm- Cảnh báo sốt cao: 12 tiếng bíp ngắn- Cảnh báo thường: 4 tiếng bíp dài- Tự động tắt: Sau 10 phút khi không hoạt động- Môi trường hoạt động: 15°C – 35°C.- Pin: 1 Pin AG3/LR41 1.5V- Kích thước: 12.9 cm x 2.2 cm x 1.5 cm- Trọng lượng: 11.0 gram (gồm cả pin)	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
12	Huyết áp điện tử	11	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Màn hình: Màn hình số LCD Phạm vi áp suất vòng bít: 0 - 299mmHg Phạm vi đo huyết áp: SYS: 60 - 260mmHg; DIA: 40-215mmHg Phạm vi đo mạch: 40 - 180 nhịp/phút Độ chính xác: Huyết áp: ±3mmHg; Nhịp tim ±5% kết quả đo trên màn hình Phương pháp đo: Phương pháp dao động. Chế độ vận hành: Vận hành liên tục Phân loại IP: Máy theo dõi IP21; Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn: IP21 (HHP-CM01, HHP-KSM01/ IP22 (HHP-OH01) Định mức: DC 6V	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		

				4W. Nguồn điện: 4 pin AA 1,5V hoặc bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn Tuổi thọ pin: Xấp xỉ 1.500 lần đo Độ bền sản phẩm (tuổi thọ sử dụng): Máy theo dõi: 5 năm hoặc sử dụng đạt đến 30.000 lần. /Vòng bút 5 năm hoặc sử dụng đến 10.000 lần. /Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn: 5 năm Điều kiện vận hành: +10 - +40°C/ 15 - 90%RH (không ngưng tụ)/ 800 - 1060 hPa Điều kiện bảo quản/ vận chuyển: - 20°C - 60°C/ 10 - 90%RH (không ngưng tụ) Trọng lượng: Máy theo dõi: xấp xỉ 260g (không bao gồm pin); Vòng bút: xấp xỉ 110g Kích thước: Máy theo dõi: xấp xỉ 98 mm (R) x 79 mm(C) x 138 mm(D)/ Vòng bút: xấp xỉ 146mm x 466mm (ống khí: 610mm) Chu vi vòng bút có thể áp dụng cho máy đo huyết áp: 17 đến 42cm (có vòng bút: 22 đến 32cm) Bộ nhớ: lưu trữ 1 kết quả đo Bộ phận ứng dụng: Loại BF (Vòng bút)			
13	Hộp đựng bông cồn inox	9	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đường kính 7,5cm, cao 5cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
14	Kéo thẳng nhọn 18cm	20	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Kích thước: 18cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
15	Khay inox 32x22cm	10	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: dài 30cm, rộng 20cm, cao 2cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		

16	Khay quả đậu nhỏ inox	20	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Kích thước 21 x 10,5 x 3cm ($\pm 5\%$) Chất liệu: thép không gỉ Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
17	Trụ cắm panh	9	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: đường kính ống 5cm, cao 14cm Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương. Năm sản xuất: 2025 trở về sau.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		
18	Panh thẳng có mẫu 18cm	8	cái	Năm sản xuất: 2025 trở về sau. Kích thước: 18cm ($\pm 5\%$) Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa		

