

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 2347/BVUB-HĐMS

V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá dịch vụ hiệu chuẩn bảo trì, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị của khoa Giải phẫu bệnh tế bào, Khoa HH-SH-VS Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Tiến
 - Số điện thoại liên hệ: 0974.366.960
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Hình Thức: Nhận báo giá trên hệ thống (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 14/10/2026 đến trước 16h00 ngày 25/10/2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục dịch vụ: (Phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Năm 2026,2027
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng



DANH MỤC PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Hiệu chuẩn nhiệt kế dây	Hiệu chuẩn nhiệt độ: - Nhiệt kế theo dõi ngăn mát: hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt độ: 2°C, 4°C, 8°C; - Nhiệt kế theo dõi ngăn đá: hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt độ: 0°C, âm 5°C, âm 10°C	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	3	cái
2	Hiệu chuẩn tủ lạnh âm sâu (FIOCCHETTI)	Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt theo khoảng nhiệt độ của tủ âm)	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái
3	Hiệu chuẩn tủ lạnh (PHCBi)	Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt theo khoảng nhiệt độ 2°C, 4°C, 8°C)	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
4	Hiệu chuẩn tủ lạnh trữ máu	Hiệu chuẩn nhiệt độ (°C) (Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt theo khoảng nhiệt độ 2°C, 4°C, 6°C hoặc 8°C)	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái
5	Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế Khoa Huyết học - Sinh hóa - Vi sinh	1. Hiệu chuẩn nhiệt độ: tối thiểu 3 điểm nhiệt độ 20°C, 25°C, 30°C 2. Hiệu chuẩn độ ẩm: hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm ẩm 30%, 50%, 70%	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	7	cái
6	Hiệu chuẩn pipet thủy tinh	Hiệu chuẩn thể tích 1ml, 2ml, 5ml	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	3	cái
7	Hiệu chuẩn máy li tâm	Hiệu chuẩn tốc độ vòng (rpm). Hiệu chuẩn 1 dải tốc độ vòng (500 v/p).	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
8	Hiệu chuẩn kính hiển vi 2 mắt	Hiệu chuẩn độ phóng đại, Hiệu chuẩn thước đo (Micrometer), Đo lường sai số	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	5	cái

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm giao hàng/thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
9	Hiệu chuẩn tủ ấm Khoa Huyết học - Sinh hóa - Vi sinh	Hiệu chuẩn nhiệt độ (hiệu chuẩn tối thiểu 3 điểm nhiệt độ 35, 37, 40 độ	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
10	Hiệu chuẩn tủ an toàn sinh học	Thử nghiệm tốc độ dòng khí (m/s); Thử nghiệm rò rỉ HEPA (%); Thử nghiệm độ ồn; Thử nghiệm độ rơi bề mặt làm việc; Thử nghiệm cường độ ánh sáng.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
11	Hiệu chuẩn nồi cách thủy	Hiệu chuẩn nhiệt độ	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái
12	Hiệu chuẩn tủ sấy	Thông số hiệu chuẩn: sai số nhiệt độ (độ chính xác nhiệt độ); Độ ổn định nhiệt độ; Độ đồng nhất/độ đồng đều nhiệt độ không gian.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
13	Hiệu chuẩn tủ ấm Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào	Hiệu chuẩn nhiệt độ 37 và 56	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	2	cái
14	Hiệu chuẩn bể đàn tiêu bản	Hiệu chuẩn nhiệt độ 50 và 60	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái
15	Hiệu chuẩn máy sấy lam	Hiệu chuẩn nhiệt độ 50 và 60	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái
16	Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào	1. Hiệu chuẩn nhiệt độ: 21-23-25°C 2. Hiệu chuẩn độ ẩm: 30-70%	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	10	cái
17	Hiệu chuẩn kính hiển vi hội chẩn, ≥05 đầu quan sát + Camera	Hiệu chuẩn độ phóng đại, Hiệu chuẩn thước đo (Micrometer), Đo lường sai số	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	1	cái