

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh Viện Ung Bướu Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Thị Thuý
 - Số điện thoại liên hệ: 0376.000.093
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ngõ 958, Quang Trung, Phường Đông vệ, TP. Thanh Hoá
 - Nhận qua email: tcktubth@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 29 tháng 8 năm 2023 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hoá (có kèm theo phụ lục 01)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Các thông tin khác:
 - Nhà cung cấp gửi báo giá theo thông số kỹ thuật của bệnh viện hoặc thông số kỹ thuật tương đương. Trong trường hợp gửi thông số kỹ thuật tương đương, đề nghị quý công ty thuyết minh thông số kỹ thuật sản phẩm của mình để bệnh viện lựa chọn.
 - Nhà cung cấp có thể gửi báo giá theo yêu cầu báo giá của bệnh viện, hoặc theo từng phần của yêu cầu báo giá.

Rất mong sự hồi đáp của các Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn! Lee

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Hưng

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 100/BVUB-YCBG ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bệnh Viện Ung Bướu Thanh Hoá)

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống nội soi phế quản ống mềm	Yêu cầu chung: Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau Cấu hình: Đường kính đầu dây soi: Từ 5.3mm đến 6.1mm Đường kính thân dây soi: Từ 5.4mm đến 6.4mm Kích thước kênh dụng cụ: Từ 2.0mm đến 2.8mm Chiều dài làm việc: 600mm Trường nhìn[°]: 120[°] Độ sâu quan sát: Từ 2mm đến 100mm Góc uốn cong Lên: Từ 180[°] đến 220[°] Góc cong xuống : 130[°] Hệ thống quang học trường quan sát: 120[°] Hướng nhìn: Nhìn thẳng * Phụ kiện đi kèm: Kìm bấm sinh thiết ngàm chuẩn: 02 cái Kìm bấm sinh thiết cá sấu: 02 cái Thòng lọng: 02 cái Chổi rửa dài: 02 cái Chổi rửa ngắn: 02 cái Nắp đậy kênh sinh thiết: 30 cái Dầu silicon: 01 chai Đầu nối làm sạch kênh khí nước: 02 cái Chống cắn dây: 04 cái Nắp đậy ngàm nước: 02 cái Máy bơm tưới rửa: 01 cái	Cái	1

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ * Sử dụng được cho máy nội soi Pentax, Model: EPK-i7010, Hãng sản xuất: Hoya- Nhật Bản		
2	Dây nội soi Dạ dày Video tương thích nguồn sáng xeon 300 W	* Thông số kỹ thuật chung: Công nghệ chip: CCD hoặc cao hơn Có tính năng Close focus Có kênh nước phụ Góc nhìn: $\geq 140^\circ$ Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 mm đến ≥ 100 mm Đường kính thân ống soi: ≤ 10.0 mm Khả năng uốn cong của đầu ống soi: + Lên/ xuống: $\geq 210^\circ / \geq 90^\circ$ + Trái/ Phải: $\geq 100^\circ / \geq 100^\circ$ * Phụ kiện đi kèm Kìm sinh thiết dùng nhiều lần: 02 cái Kìm sinh thiết dùng 1 lần: 20 cái Chổi rửa dài: 02 cái Chổi rửa ngắn: 02 cái Nắp đậy kênh sinh thiết: 30 cái Dầu silicon: 01 chai Đầu nối làm sạch kênh khí nước : 02 cái Van cân bằng áp suất: 02 cái Chống cắn dây: 04 cái Nắp đậy ngâm nước: 02 cái Overtip: 04 cái Cán Loop: 01 cái Máy bơm tưới rửa: 01 cái Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ	Cái	2

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		* Sử dụng được cho máy nội soi Pentax, Model: EPK- i7010, Hãng sản xuất: Hoya- Nhật Bản		
3	Máy truyền dịch	* Máy chính: 01 bộ, kèm phụ kiện tiêu chuẩn gồm: + Dây nguồn: 01 bộ + Pin sạc đi kèm: 01 bộ + Kẹp treo: 01 bộ 01 bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh * Thông số kỹ thuật chung Tương thích với các loại dây Truyền dịch thông dụng và chuyên dụng Tốc độ truyền: Từ 0,1 đến 999,9 ml/giờ, bước điều chỉnh: 0,1 ml/giờ Thể tích truyền: Từ 0,1 đến 9999,9 ml/giờ, bước điều chỉnh: 0,1 ml/giờ - Không giới hạn thể tích dịch truyền khi hiển thị "--.--" Thời gian truyền: Từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút. Thay đổi thông số truyền không cần dừng truyền. - Không giới hạn thể tích dịch truyền khi hiển thị "--.--" Tính năng khác: *Cơ chế bơm truyền dịch: Bơm nhu động theo chiều dọc hoặc ngang *Cài đặt được ngày giờ *Các cảnh báo, báo động bằng âm thanh và hình ảnh *Bộ nhớ lưu trữ các sự kiện, báo động Độ chính xác của tốc độ truyền: Từ +/-5 đến 10% Nguồn điện: AC100 đến 240V, 50 đến 60Hz Pin có thời gian sử dụng liên tục: từ 2 -24 giờ Điều kiện vận hành: *Nhiệt độ môi trường : +5 đến 40° C *Độ ẩm tương đối : 20-90% (không đọng nước)	Cái	15

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Điều kiện bảo quản: * Nhiệt độ: -25 đến 55 độ C * Độ ẩm: 10 đến 95%		
4	Pipet điện	+ Cấu hình thiết bị Thân máy chính : 01 cái Pin sạc : 01 cái Bộ sạc điện từ nguồn 220-240V/50Hz: 01 cái Màng lọc, đường kính lỗ lọc $\leq 0,45 \mu\text{m}$: 01 cái Pipet thể tích các cỡ khác nhau từ $\leq 1\text{ml}$ đến $\geq 10\text{ml}$ + Cấu hình kỹ thuật Hỗ trợ cho pipette có thể tích từ $\leq 0.1\text{ml}$ đến $\geq 100\text{ml}$ Pin sạc, thời gian sử dụng ≥ 6 giờ Loại pin: Lithium Báo tình trạng pin: có Các phần của pipette tiếp xúc với dung dịch có thể khử trùng Hút và nhả chất lỏng bằng hai nút nhấn riêng biệt Pipet có 2 chế độ nhả dung dịch: trọng lực và chế độ thổi mạnh. Pipet cho phép điều chỉnh tốc độ của bơm trong quá trình thao tác. Khối lượng: $\leq 200\text{g}$	Cái	1
5	Máy hút chân không	+ Cấu hình kỹ thuật Thân máy chính kèm bình $\geq 2\text{L}$: 01 bộ Bộ đầu nối đa năng cho các đầu tip sử dụng 01 lần 200/1000 μL : 01 bộ Bộ thao tác gồm Tay thao tác: 01 cái Đầu nối 1 kênh với đầu loại bỏ tip: 01 cái Đầu nối 1 kênh với đầu hút bằng thép không gỉ dài trong khoảng từ 80-125mm: 01 cái	Cái	1

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Đầu nối 1 kênh với đầu hút bằng thép không gỉ dài 40mm: 01 cái Đầu nối 8 kênh với đầu hút bằng thép không gỉ: 01 cái Đầu nối 8 kênh dùng cho tip 200µL: 01 cái + Thông số kỹ thuật Mức chân không: Từ ≥ -250 mbar đến ≤ -800 mbar Tốc độ hút: - ≥ 17 ml/s - ≥ 10 L/phút (không khí) Có bảo vệ chống tràn Có bộ lọc vi sinh kỵ nước		
6	Kính hiển vi quang học 2 mắt kèm bàn	+ Cấu hình kỹ thuật - Đầu quan sát: hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử từ ≤ 52 mm đến ≥ 75 mm. - Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng ≥ 20 mm, thị kính có điều chỉnh độ Diop. - Ổ gắn vật kính: Dạng mâm xoay 360 độ, có ≥ 4 vị trí lắp vật kính. Vật kính gồm: - Vật kính phẳng chống mốc 4X/0,10, khoảng cách làm việc ≤ 26 mm - Vật kính phẳng chống mốc 10X, khoảng cách làm việc ≥ 7 mm - Vật kính phẳng chống mốc 40X/0,65, khoảng cách làm việc $\geq 0,3$ mm - Vật kính phẳng chống mốc 100X/1,25 (dầu soi), khoảng cách làm việc $\geq 0,1$ mm - Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y Bàn kê máy: kèm theo kích thước khoảng 1200x750x800mm, khung inox, mặt bàn màu	Cái	2

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		sáng + Thông số kỹ thuật - Độ phóng đại ≥ 1000 lần - Hộp tụ quang: Có độ mở 1.25 - Điều chỉnh tiêu cự: Giới hạn điều chỉnh tiêu cự ≥ 15 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tĩnh $\leq 2,5 \mu\text{m}$. - Nguồn sáng: Đèn LED, tuổi thọ ≥ 20.000 giờ		
7	Tủ lưu trữ Blox	+ Cấu hình kỹ thuật - Nắp tủ : 01 cái. - Đế tủ: 01 cái - Thân tủ chính: 01 cái + Thông số kỹ thuật - Gồm có : các khối xếp chồng lên nhau, mỗi khối có các ngăn kéo nhỏ. - Chất liệu tối thiểu: Thép hoặc sắt tấm sơn tĩnh điện - Chiều rộng: $480 \leq W \leq 800\text{mm}$ - Chiều sâu: $480 \leq D \leq 650\text{mm}$ - Chiều cao: $720 \leq H \leq 1600\text{mm}$ - Sức chứa: ≥ 6500 blocks	Cái	3
8	Tủ lưu trữ Slide	+ Cấu hình kỹ thuật - Nắp tủ: 01 cái. - Đế tủ : 01 cái - Thân tủ chính: 01 cái + Thông số kỹ thuật - Gồm có: các khối xếp chồng lên nhau, mỗi khối có các ngăn kéo nhỏ. - Chất liệu: Thép hoặc sắt tấm sơn tĩnh điện. - Chiều rộng: $480 \leq W \leq 800\text{mm}$	Cái	3



STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chiều sâu: $480 \leq D \leq 650\text{mm}$ - Chiều cao: $720 \leq H \leq 1600\text{mm}$ - Sức chứa: ≥ 40.000 slides		
9	Tủ đầu giường	- Tủ chia làm 3 tầng gồm: + Tầng dưới cùng có cánh mở, KT: 450 x 400 x 350mm + Tầng giữa bỏ trống không cửa, KT: 160 x 400 x 350mm + Tầng trên cùng có ngăn kéo kéo ra bằng núm inox, + Kích thước: 120mm x 400mm x 350mm + Lan can trên nóc tủ, hai hông và mặt sau : 50mm + Chân tủ: 80mm - Chất liệu: Inox SUS 201 - Kích thước tủ: (860 x 400 x 350)mm - Trọng lượng: ~11 kg	Cái	210

PHỤ LỤC: MẪU THÔNG TIN BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho mặt hàng và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của mặt hàng)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp**